

eng

# Instructions For Use Oral Tamper Evident Caps

## Install Cap


1. Firmly press compatible Oral Dispenser\* into Tamper Evident Cap until it snaps into place.

\* **Oral Caps are not a universal fit!**  
Compatibility is defined by the color of the bottom of the cap per this table:

Baxter	Red
Comar	White
BD	Yellow
NeoMed	Orange

## To access Medication

2. Evaluate cap for evidence that the dispenser may have been previously accessed, indicated by missing outer cover
3. Grip outer cover and pull until it breaks away from the dispenser, then discard it.
4. Remove Tip Cap from dispenser, then discard it.
5. Remove ring from dispenser, then discard it



**Caution:** Not recommended for use with 60 mL NeoMed Oral Dispenser.

**Contraindications:** None when used as described in the device's Instructions for Use.

	Manufacturer		Do not re-use
	Non-sterile		Consult instructions for use.
	Do not use if package is damaged		For sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner.



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



International Medical Industries, Inc.  
2981 Gateway Drive, Pompano  
Beach, Florida 33069 USA  
www.imiweb.com (954) 917-9570



MADE IN USA

60420, Rev 4

eng

# Instructions For Use Oral Tamper Evident Caps

## Install Cap


1. Firmly press compatible Oral Dispenser\* into Tamper Evident Cap until it snaps into place.

\* **Oral Caps are not a universal fit!**  
Compatibility is defined by the color of the bottom of the cap per this table:

Baxter	Red
Comar	White
BD	Yellow
NeoMed	Orange

## To access Medication

2. Evaluate cap for evidence that the dispenser may have been previously accessed, indicated by missing outer cover
3. Grip outer cover and pull until it breaks away from the dispenser, then discard it.
4. Remove Tip Cap from dispenser, then discard it.
5. Remove ring from dispenser, then discard it



**Caution:** Not recommended for use with 60 mL NeoMed Oral Dispenser.

**Contraindications:** None when used as described in the device's Instructions for Use.

	Manufacturer		Do not re-use
	Non-sterile		Consult instructions for use.
	Do not use if package is damaged		For sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner.



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



International Medical Industries, Inc.  
2981 Gateway Drive, Pompano  
Beach, Florida 33069 USA  
www.imiweb.com (954) 917-9570



MADE IN USA

60420, Rev 4

eng

# Instructions For Use Oral Tamper Evident Caps

## Install Cap


1. Firmly press compatible Oral Dispenser\* into Tamper Evident Cap until it snaps into place.

\* **Oral Caps are not a universal fit!**  
Compatibility is defined by the color of the bottom of the cap per this table:

Baxter	Red
Comar	White
BD	Yellow
NeoMed	Orange

## To access Medication

2. Evaluate cap for evidence that the dispenser may have been previously accessed, indicated by missing outer cover
3. Grip outer cover and pull until it breaks away from the dispenser, then discard it.
4. Remove Tip Cap from dispenser, then discard it.
5. Remove ring from dispenser, then discard it



**Caution:** Not recommended for use with 60 mL NeoMed Oral Dispenser.

**Contraindications:** None when used as described in the device's Instructions for Use.

	Manufacturer		Do not re-use
	Non-sterile		Consult instructions for use.
	Do not use if package is damaged		For sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner.



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



International Medical Industries, Inc.  
2981 Gateway Drive, Pompano  
Beach, Florida 33069 USA  
www.imiweb.com (954) 917-9570



MADE IN USA

60420, Rev 4

eng

# Instructions For Use Oral Tamper Evident Caps

## Install Cap


1. Firmly press compatible Oral Dispenser\* into Tamper Evident Cap until it snaps into place.

\* **Oral Caps are not a universal fit!**  
Compatibility is defined by the color of the bottom of the cap per this table:

Baxter	Red
Comar	White
BD	Yellow
NeoMed	Orange

## To access Medication

2. Evaluate cap for evidence that the dispenser may have been previously accessed, indicated by missing outer cover
3. Grip outer cover and pull until it breaks away from the dispenser, then discard it.
4. Remove Tip Cap from dispenser, then discard it.
5. Remove ring from dispenser, then discard it



**Caution:** Not recommended for use with 60 mL NeoMed Oral Dispenser.

**Contraindications:** None when used as described in the device's Instructions for Use.

	Manufacturer		Do not re-use
	Non-sterile		Consult instructions for use.
	Do not use if package is damaged		For sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner.



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



International Medical Industries, Inc.  
2981 Gateway Drive, Pompano  
Beach, Florida 33069 USA  
www.imiweb.com (954) 917-9570



MADE IN USA

60420, Rev 4

fre

## Mode d'emploi

**Bouchons inviolables pour usage buccal****Installation du bouchon**

1. Enfoncez fermement le distributeur oral\* dans le bouchon inviolable jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


\* **Les bouchons oraux ne sont pas universels.**

La couleur du fond du bouchon définit la compatibilité selon ce tableau:

<b>Baxter</b>	<i>Rouge</i>
<b>Comar</b>	<i>Blanc</i>
<b>BD</b>	<i>Jaune</i>
<b>NeoMed</b>	<i>Orange</i>

**Accès au médicament**

2. Observez le bouchon pour vous assurer que le distributeur n'a pas déjà été utilisé, ce qui serait indiqué par l'absence de capuchon externe.
3. Tirez fermement sur le capuchon externe jusqu'à ce qu'il se détache du distributeur, puis jetez-le.
4. Retirez le bouchon d'embout du distributeur, puis jetez-le.
5. Retirez l'anneau du distributeur, puis jetez-le.



**Avvertissement:** Pas recommandé pour l'utilisation avec le distributeur oral NeoMed de 60 mL

**Contre-indications:** Aucune lorsque le dispositif est utilisé suivant les instructions données dans le mode d'emploi.

	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Non stérile		Consulter le mode d'emploi.
	Ne pas utiliser si le conditionnement est endommagé		Vendu par un professionnel de la santé autorisé ou sur ordonnance de celui-ci.



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



International Medical Industries, Inc.  
2981 Gateway Drive, Pompano  
Beach, Florida 33069 USA  
www.imiweb.com (954) 917-9570



FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

60420, Rev 4

fre

## Mode d'emploi

**Bouchons inviolables pour usage buccal****Installation du bouchon**

1. Enfoncez fermement le distributeur oral\* dans le bouchon inviolable jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


\* **Les bouchons oraux ne sont pas universels.**

La couleur du fond du bouchon définit la compatibilité selon ce tableau:

<b>Baxter</b>	<i>Rouge</i>
<b>Comar</b>	<i>Blanc</i>
<b>BD</b>	<i>Jaune</i>
<b>NeoMed</b>	<i>Orange</i>

**Accès au médicament**

2. Observez le bouchon pour vous assurer que le distributeur n'a pas déjà été utilisé, ce qui serait indiqué par l'absence de capuchon externe.
3. Tirez fermement sur le capuchon externe jusqu'à ce qu'il se détache du distributeur, puis jetez-le.
4. Retirez le bouchon d'embout du distributeur, puis jetez-le.
5. Retirez l'anneau du distributeur, puis jetez-le.



**Avvertissement:** Pas recommandé pour l'utilisation avec le distributeur oral NeoMed de 60 mL

**Contre-indications:** Aucune lorsque le dispositif est utilisé suivant les instructions données dans le mode d'emploi.

	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Non stérile		Consulter le mode d'emploi.
	Ne pas utiliser si le conditionnement est endommagé		Vendu par un professionnel de la santé autorisé ou sur ordonnance de celui-ci.



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



International Medical Industries, Inc.  
2981 Gateway Drive, Pompano  
Beach, Florida 33069 USA  
www.imiweb.com (954) 917-9570



FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

60420, Rev 4

fre

## Mode d'emploi

**Bouchons inviolables pour usage buccal****Installation du bouchon**

1. Enfoncez fermement le distributeur oral\* dans le bouchon inviolable jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


\* **Les bouchons oraux ne sont pas universels.**

La couleur du fond du bouchon définit la compatibilité selon ce tableau:

<b>Baxter</b>	<i>Rouge</i>
<b>Comar</b>	<i>Blanc</i>
<b>BD</b>	<i>Jaune</i>
<b>NeoMed</b>	<i>Orange</i>

**Accès au médicament**

2. Observez le bouchon pour vous assurer que le distributeur n'a pas déjà été utilisé, ce qui serait indiqué par l'absence de capuchon externe.
3. Tirez fermement sur le capuchon externe jusqu'à ce qu'il se détache du distributeur, puis jetez-le.
4. Retirez le bouchon d'embout du distributeur, puis jetez-le.
5. Retirez l'anneau du distributeur, puis jetez-le.



**Avvertissement:** Pas recommandé pour l'utilisation avec le distributeur oral NeoMed de 60 mL

**Contre-indications:** Aucune lorsque le dispositif est utilisé suivant les instructions données dans le mode d'emploi.

	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Non stérile		Consulter le mode d'emploi.
	Ne pas utiliser si le conditionnement est endommagé		Vendu par un professionnel de la santé autorisé ou sur ordonnance de celui-ci.



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



International Medical Industries, Inc.  
2981 Gateway Drive, Pompano  
Beach, Florida 33069 USA  
www.imiweb.com (954) 917-9570



FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

60420, Rev 4

fre

## Mode d'emploi

**Bouchons inviolables pour usage buccal****Installation du bouchon**

1. Enfoncez fermement le distributeur oral\* dans le bouchon inviolable jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


\* **Les bouchons oraux ne sont pas universels.**

La couleur du fond du bouchon définit la compatibilité selon ce tableau:

<b>Baxter</b>	<i>Rouge</i>
<b>Comar</b>	<i>Blanc</i>
<b>BD</b>	<i>Jaune</i>
<b>NeoMed</b>	<i>Orange</i>

**Accès au médicament**

2. Observez le bouchon pour vous assurer que le distributeur n'a pas déjà été utilisé, ce qui serait indiqué par l'absence de capuchon externe.
3. Tirez fermement sur le capuchon externe jusqu'à ce qu'il se détache du distributeur, puis jetez-le.
4. Retirez le bouchon d'embout du distributeur, puis jetez-le.
5. Retirez l'anneau du distributeur, puis jetez-le.



**Avvertissement:** Pas recommandé pour l'utilisation avec le distributeur oral NeoMed de 60 mL

**Contre-indications:** Aucune lorsque le dispositif est utilisé suivant les instructions données dans le mode d'emploi.

	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Non stérile		Consulter le mode d'emploi.
	Ne pas utiliser si le conditionnement est endommagé		Vendu par un professionnel de la santé autorisé ou sur ordonnance de celui-ci.



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



International Medical Industries, Inc.  
2981 Gateway Drive, Pompano  
Beach, Florida 33069 USA  
www.imiweb.com (954) 917-9570



FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

60420, Rev 4